

Přehled léčebných barokomor na území ČR

(komory poskytující hyperbarickou oxygenoterapii)

Stav k 1. březnu 2005

Adresa	Telefon	Počet míst	Plnění Přetlak (MPa)	Předkomora	Monitoring pacienta	Provozní doba	Typ - výrobce
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IV. interní klinika U nemocnice 2 128 08 Praha 2 - Nové Město zapletalova.jitka@vfn.cz	A, R 224 962 872 224 962 515	2 (1 ležící, 1 sedící)	vzduch 0,4 (1,0 MPa nutno předem projednat)	1 (sedící)	3-svodové EKG (1 křivka)	7.00 – 15.30	DK - 2 Vítkovické železářny a strojírny
Nemocnice Na Homolce Anesteziologicko-resuscitační oddělení Roentgenova 2 151 19 Praha 5 – Motol bohupil.kavka@homolka.cz	257 272 247 257 272 218	1 (ležící)	kyslík 0,3	ne	3-svodové EKG, TK neinvazivně, řízené dýchání	24 hod.	Sechrist USA
Ústav leteckého zdravotnictví H, P (Gen. Píky 1, 160 60 Praha 6 - Dejvice) barokomora je umístěna v areálu Ústřední vojenské nemocnice! petrdosel@atlas.cz	973 208 126 973 208 118 973 208 139 973 208 101	5 sedících nebo 1 ležící + 3 sedící	vzduch 1,0 (AHS)	2 (sedící)	3-svodové EKG (1 křivka)	7.00 – 15.30 mimo tuto dobu 973 212 450	ČKD - Praha
Ústřední vojenská nemocnice Praha H, P Anesteziologicko-resuscitační oddělení U vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 – Střešovice bozotech.jurenka@uvn.cz	973 202 995 973 202 994	1 (ležící)	kyslík 0,3	ne	3-svodové EKG, TK neinvazivně, řízené dýchání	24 hod.	Dräger HTK 1200 SRN
HBOx Kladno H, P hyperbarická komora, poradna pro potápěče Ke stadionu 1745 272 01 Kladno hboxkladno@volny.cz , step.novotny@vol.cz	A 312 606 146 fax 312 242 716	4 sedící nebo 1 ležící + 2 sedící	vzduch 1,0	1 (sedící)	3-svodové EKG (1 křivka)	7.00 – 19.00 příp. volejte: 602 662 886 602 389 807 724 050 691	Dräger – Decom, SRN Ize připojit mobilní potápěčské dekompresní komory HZS ČR (viz tab. 2 – potápěčské komory)
Nemocnice České Budějovice H, P Oddělení úrazové a plastické chirurgie Boženy Němcové 54 370 01 České Budějovice urazove@nemcb.cz	387 874 736 387 874 112	2 (1 ležící, 1 sedící)	vzduch 0,6	1 (sedící)	3-svodové EKG, pulsní oxymetrie	7.00 – 15.00	Škoda JS a.s. Plzeň
Fakultní nemocnice Plzeň H, P Oddělení klinické farmakologie E. Beneše 13 305 99 Plzeň – Bory mayer@fnplzen.cz	377 401 111 377 402 645 377 402 945	2 (1 ležící, 1 sedící)	vzduch 0,6	1 (sedící)	dechová křivka, řízené dýchání	24 hod. od 22.00 do 6.00 377 402 309 377 402 988	Škoda - ZJS Plzeň - Bolevec

I. interní klinika alej Svobody 80 323 18 Píseň – Lochotín jiri.ruzicka@lfp.cuni.cz, patejdlova@fnplzen.cz	377 103 177 377 103 175	2 (1 ležící, 1 sedící)	vzduch 0,6	1 (sedící) s inhalací O ₂	3-svodové EKG, transkutánně O ₂	24 hod.	Ferox – Děčín modifikace Hadravský
--	----------------------------	------------------------------	----------------------	--	---	---------	--

Pokračování tabulky č. 1 - **Přehled léčebných barokomor na území ČR** (komory poskytující hyperbarickou oxygenoterapii), **stav k 1. březnu 2005**

Adresa	Telefon	Počet míst	Plnění Přetlak (MPa)	Předkomora	Monitoring pacienta	Provozní doba	Typ - výrobce
Nestátní zdravotnické zařízení ambulace hyperbarická oxygenoterapie Most J. E. Purkyně 270/ 5 434 64 Most info@polytech.cz	777 011 517 476 172 615 fax 476 206 536	2 (1 ležící, 1 sedící)	vzduch 1,0	1 (sedící)	kardiomonitor LKM 220	24 hod. (Dr.Greguš A, N 476 172 265, 777 900 730)	DK - 2 Vítkovické železářny a strojírny
Almedea s.r.o. H (3 km Masarykova nem.), P MUDr. Kriška P. a MUDr. Krišková Z. Hyperbarická oxygenoterapie Masarykova 94 400 01 Ústí nad Labem almedea@iol.cz	775 366 036 608 712 245	12 + 1 sedících nebo 4 ležící	vzduch 0,55 (AHS)	2 (sedící) s inhalací O ₂	televizní monitorovací systém; přenos obrazu na řídicí stanoviště obsluhy	24 hod.	HAUX – STARMED 2200/ 5,5/ XL SRN
Prajzko Hronov, a.s. H (8 km Nem.Náchod), P soukromé sanatorium Husova 223 549 31 Hronov prajzko@prajzko.cz	A, N 491 482 338 491 483 478 fax 491 482 419	2 komory 1-místné (ležící)	kyslík 0,3	ne	3-svodové EKG, TK neinvazivně, pulsní oxymetrie, EEG; možnost sledovat až 32 fcí	7.00 - 16.30	BLKS 301 M Rusko
Pharmavit s.r.o. H (3 km Nem.Chrudim), P soukromé sanatorium Masarykovo náměstí 55 537 01 Chrudim pharmavit@iol.cz	469 622 567	1 (ležící)	kyslík 0,3	ne	ne	8.00 - 15.00	Sechrist USA
Centrum hyperbarické medicíny Nemocnice Pardubice Kyjevská 44 532 03 Pardubice ninger@centrum.cz	466 019 430	2 komory 1-místné (ležící)	kyslík 0,3	ne	ne	7.30 - 16.00	BLKS 301 M Rusko
Městská nemocnice Ostrava Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocniční 20 728 80 Ostrava michalhajek@email.cz	A 596 192 483 596 192 406 596 192 484	8 sedících nebo 4 ležící	vzduch 0,2	4 (sedící) s inhalací O ₂	3-svodové EKG (1 křivka), TK neinvazivně, řízené dýchání	6.30 - 21.00 mimo tuto dobu 596 192 484	prototyp r. 1965 Vítkovické železářny a strojírny

Poznámka: A, N, R - možnost komunikace v angličtině, němčině, ruštině
AHS - automatický hasící systém; měření koncentrace O₂ v obj. %

H - heliport v dosahu komory

HZS ČR - Hasičský záchranný sbor ČR (barokomory HZS hl. m. Prahy a Odborného učiliště požární ochrany MVČR Borovany)

P - personál obsluhující barokomoru je znalý zdravotní problematiky potápění

Tab. 2 - Přehled mobilních potápěčských barokomor v záchranných složkách ČR

