

Přehled mobilních potápěčských barokomor v záchranných složkách ČR

Stav k 1. březnu 2005

Kontaktní adresa (nemusí být totožná s umístěním komory)	Telefon	Počet míst	Přetlak (MPa)	Provozní doba	Typ – výrobce Mobilita/ hmotnost Uložení na vozidle	Poznámky
		Předkomora				
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Sokolská 62 121 24 Praha 2 – Nové Město	přes IZS ČR nebo 222 199 111	1 ležící	0,8	24 hod.	Dräger TDT – 8 SRN přenosná/ 168 kg IVECO 35	DIN/ NATO příruba (+)
		ne				
HBOx Kladno H hyperbarická komora, poradna pro potápěče Ke stadionu 1745 272 01 Kladno step.novotny@vol.cz , hboxkladno@volny.cz	A 312 606 146 fax 312 242 716	2 (1 ležící + 1 sedící)	1,0	7.00 – 19.00 příp. volejte: 602 389 807 602 662 886 724 050 691	DK – 2 Vítkovické železářny a strojírny IVECO 75-15 Euro Cargo	Na adrese je i stacionární komora (viz tab.1 - léčebné komory). S komorou vyjíždí lékař.
		1				
Odborné učiliště požární ochrany MVČR Vodárenská 471 373 12 Borovany info@oupobo.cz	přes IZS ČR nebo 387 013 111 fax 387 981 525	2 (1 ležící + 1 sedící)	0,55	24 hod.	HAUX – PROFI – MEDICOM SRN přenosná/ 230 kg IVECO 50 C13V Daily Uniet	DIN/ NATO příruba (+)
		ne				
Oddělení speciálních potápěčských činností a výcviku Policejního prezidia ČR Policie ČR Správa Jihomoravského kraje Kounicova 24 611 32 Brno pcrdiver@mvcv.cz	přes IZS ČR	2 (1 ležící + 1 sedící)	1,0	–	DK – 2 Vítkovické železářny a strojírny Tatra 815	DIN/ NATO příruba (–)
		1				
Vojenský záchranný útvar VZU 9519 Libušina ul. 771 00 Olomouc	přes IZS ČR nebo SOD VZÚ 973 404 700	3 (1 ležící + 2 sedící)	0,5	24 hod.	HAUX – STARCOM 1300 SRN Tatra 815	DIN/ NATO příruba (–)
		1 sedící				
OKD Hlavní báňská záchranná stanice H Lihovarská 10/ 1199 716 03 Ostrava – Radvanice provazek@hbzs-ov.cz	596 258 111 606 720 612 fax 596 232 719	2 (1 ležící + 1 sedící)	0,6	24 hod.	HAUX – PROFI – MEDICOM SRN přenosná/ 230 kg MERCEDES-UNIMOG	DIN/ NATO příruba (+) S komorou vyjíždí potápěčská skupina s lékařem – potápěčem. Výjezd do 1 hodiny od výzvy.
		ne				

UPOZORNĚNÍ:

Telefon – „přes IZS ČR“: **O VYSLÁNÍ KOMORY ROZHODUJÍ OPERAČNÍ STŘEDISKA V RÁMCI SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU ČR**

Tel. č. 150, 155, 158, 112

Poznámky: KOMORY JSOU PLNĚNY VZDUCHEM; KYSLÍK LZE DÝCHAT Z POLOMASKY

(+), (–) - značka pro tvar příruby (+ lze spojit s protikusem –); DIN 13256

A - možnost komunikace v angličtině

H - heliport v dosahu adresy komory

SOD - stálý operační dozorcí

Tab. 1 - Přehled léčebných barokomor na území ČR